

DECLARATION OF CONFORMITY

The measuring instrument to which this document refers has been manufactured in accordance with TRIMOS specifications. It has been checked with standards whose traceability is known (certified by **metas**: Metrology and accreditation Switzerland).

DECLARATION DE CONFORMITE

L'instrument de mesure auquel se réfère ce document a été fabriqué conformément aux spécifications de TRIMOS. Il a été contrôlé avec des étalons dont la traçabilité est connue (certifiés par **metas** : Métrologie et accréditation Suisse).

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das Messgerät, auf das sich dieses Dokument bezieht, wurde gemäss den TRIMOS-Spezifikationen hergestellt. Es wurde mit Kalibriernormalen geprüft, deren Rückverfolgbarkeit bekannt ist (zertifiziert durch **metas**: Metrologie und Akkreditierung Schweiz).

Setting gauge
Bloc d'étalonnage
Einstell-Lehre

TA-MG-107

Size
Dimension
Grösse

4.0000 mm (0.157480 in)

Max. permissible errors, B_{MPE}
Erreurs max. tolérées, B_{MPE}
Fehlergrenzen, B_{MPE}

0.2 μ m

Renens, 2024-07-25



Patrice Kemper, CEO



Thierry Keist, Product Manager